K61-101-036-02

ハイネ mini-c クリップランプ取扱説明書

【安全上の警告・注意】

1. アルカリ乾電池をご使用ください。
2. 電球の過熱を避けるため、使用後は電源を切ってください。
3. 使用前に、汚れ･破損・可動部の動き等を点検してください。
4. 本品は、アルコールで湿らせた柔らかい布で清拭してください。

【一般的な使用方法】

1. ハンドルの底蓋を外し、単 4 アルカリ乾電池 2 本をプラス（+）側より入れます。
2. ハンドルのクリップ部分のスイッチを下側に下げて点灯させます。使用しないときは、スイッチを上側に上げて消灯させます。
3. 電球を交換する場合は、電球が冷めてからキャップを回して外し、使用済みの電球を引き抜いて、新しい電球と交換してください。



【アフターサービスとその連絡先】

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

2012 年 7 月 2 日改訂

村中医療器株式会社